

杭州迪恩普尔生物科技有限公司建设项目自主验收其他需要说明的事项

一、环保设计、施工和验收过程情况

1.1 设计情况

杭州迪恩普尔生物科技有限公司建设项目依据国家相关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工、同时生产的“三同时”制度。环保设施的设计符合环保设计规范要求。

1.2 施工情况

杭州迪恩普尔生物科技有限公司将环保污染防治的建设纳入施工合同，项目于 2024 年 10 月办理环评备案手续，2024 年 11 月开工建设，2025 年 1 月项目竣工完成，同年 2 月投入试运营。环评要求落实情况下表：

环评要求与实际污染防治措施情况一览表

项目		环评要求	实际落实情况
项目选址及建设内容		项目选址位于杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 3 幢 109 室,建筑面积约 826 m ² 。年研发水解胎盘（猪）提取物 90 批次。	项目建设地、规模与环评相符。
运营期	废水	项目依托租赁厂房内已建排水系统，厂区内雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网，洗衣废水、清洗废水分质收集至企业自建的废水处理设施（厌氧—好氧—沉淀）集中处理达标后再汇同纯水制备浓水、经化粪池处理后的员工生活污水一并纳入市政污水管网。	已落实。项目排水实行雨污分流制，雨水收集后排入市政雨水管网；洗衣废水、清洗废水分质收集至企业自建的废水处理设施（厌氧—好氧—沉淀）集中处理达标后再汇同纯水制备浓水、经化粪池处理后的员工生活污水一并纳入市政污水管网。根据检测结果，验收监测期间，企业实验室废水处理设施出口以及园区废水纳管口的所测

		参数（pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂）均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求，氨氮、总磷满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其它企业排放限值要求，实验室废水总排口粪大肠菌群数满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准限值要求。
噪声	设备基础减振、建筑隔声、作业时关闭门窗等措施。	已落实。企业选用低噪声设备，作业时关闭门窗。根据检测结果，验收监测期间，该场地所测四周厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值要求。项目夜间不运行，故未对四周厂界的夜间噪声进行检测。
废气	项目灭活废气经集气装置收集后汇同盐酸稀释废气、检测工序废气一并引至屋顶高空排放，细胞培养呼吸废气经生物安全柜滤芯过滤后通过实验室无组织逸散，要求企业加强培养间通风换气，定期更换生物安全柜滤芯。	已落实。项目灭活废气经集气装置收集后汇同盐酸稀释废气、检测工序废气一并引至屋顶高空排放，细胞培养呼吸废气经生物安全柜滤芯过滤后通过实验室无组织逸散，企业加强培养间通风换气，定期更换生物安全柜滤芯。根据检测结果，验收监测期间，该企业实验室废气有组织排放口非甲烷总烃、氯化氢浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2的特别排放限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2的相关限值要求；厂界无组织废气氯化氢浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表4的相关限值，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值中的要求，臭气浓

		度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表C.1规定的特别排放限值要求。
	固废	生活垃圾、废弃胎盘委托环卫部门及时清运处理，其中废弃胎盘须经高温灭菌后再委托环卫部门清运；废一般包装材料、纯水制备固废委托物资回收部门回收；实验废液、化学试剂废包装材料、检测废物、废水处理污泥、生物安全柜废滤芯、一次性实验废物委托有资质单位回收处置，其中检测废物中的废培养基须经高温灭菌后再委托资质单位处置。

1.3 验收情况

2025年2月27日~28日，委托浙江正诺检测科技有限公司对污染物排放实施了现场监测。2025年4月3日，杭州迪恩普尔生物科技有限公司在杭州市滨江区西兴街道江陵路88号3幢109室组织召开了杭州迪恩普尔生物科技有限公司建设项目竣工环境保护验收会议。验收小组成员由建设单位、验收调查单位、环评单位、监测单位和3名环保专家组成。验收小组对项目进行了环境保护现场核查，听取了建设单位及验收调查报告编制单位对项目建设情况以及本项目竣工环境保护验收报告的汇报，审查通过了《杭州迪恩普尔生物科技有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。

1.4 公众参与情况

经验收监测期间的调查，本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉，认为本项目的建设对周围环境影响不大，对项目的环保措施也比较满意，周围居民基本上支持本项目的建设。

二、其他环境保护施的实施情况

项目已建立环保领导小组，职责分工明确。并按规范建立了环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账制度。

三、整改工作情况

另外，我单位运营过程中不再涉及环评报告和审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况以及整改工作情况。

杭州迪恩普尔生物科技有限公司

2025年4月3日

